

SUBCLAVICAT® II-III

EQUIPO PARA CATETERISMO VENOSO CENTRAL DOS Y TRES LUMEN CON PUNTA FLEXIBLE VIURET



EQUIPO PARA CATETERISMO

VENOSO CENTRAL DOS Y TRES LUMEN CON PUNTA FLEXIBLE VIURET

Contenido

- 1 Instructivo
- 1 Aguja introductora 18G x 6.35cm (7 Fr), 20G x 4.00cm (5 Fr), 21G x 4.00cm (4 Fr)
- 1 Guía de alambre de 0.86mm x 60cm (4 Y 5 Fr), 0.46mm x 45cm (4 y 5 Fr) con punta flexible en "J" con dispensador
- 1 Dilatador longitud 70mm (7 Fr), 35mm (4 y 5 Fr)
- 1 Dispositivo de fijación ajustable
- 1 Jeringa de 5ml con sistema para evitar la extravasación de sangre y embolismo aéreo

SUBCLAVICAT II

- 2 Obturadores de los tubos de extensión
 - 2 Cápsulas de inyección
- 1 Catéter doble lumen 7 Fr (2.4mm) x 20cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 16G y proximal 16G
 - 1 Catéter doble lumen 5 Fr (1.7mm) x 13cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 18G y proximal 20G
 - 1 Catéter doble lumen 4 Fr (1.4mm) x 13cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 22G y proximal 22G

CPUR7202L1616 CPUR5132L CPUR4132L

SUBCLAVICAT III

- 3 Obturadores de los tubos de extensión
- 3 Cápsulas de inyección
- 1 Catéter triple lumen 7 Fr (2.4mm) x 20cm de poliuretano radiopaco Viuret® con punta flexible, lumen distal 16G, medio 18G y proximal 18G

CPUR7203L



Es un Biomaterial elaborado a base de poliuretano de propiedad y desarrollo de EMV.



Se garantiza la esterilidad de este producto, si el empaque no ha sufrido ruptura previa. Este producto deberá desecharse de forma adecuada después de su uso para evitar punciones accidentales. No usar si el empaque ha sido abierto o se encuentra dañado. No contiene látex natural. Los componentes de transporte de fluido no contienen pirógenos. No contiene medicamentos.

Advertencia: Léase el instructivo impreso en el envase primario antes de su uso, no hacerlo puede resultar en lesiones graves o el fallecimiento del paciente.

Conservese en un lugar limpio a temperatura ambiente.

Reg. No. 1555C2019 SSA

Tel: +52 (55) 5659 3666 / info@vizcarra.com / www.vizcarra.com

NOM - 241 - SSA1 - Vigente / ISO 13485 : Vigente / ISO 9001 : Vigente / Industria Limpia PROFEPA
Aviso Publicidad COFEPRIS No. 223300202C5954

Corporativo: Melchor Ocampo No. 24, Colonia Del Carmen, Coyoacán, 04100, Ciudad de México, México

Planta Zapata: Circuito Industrial 6, Desarrollo Industrial Emiliano Zapata, 62765, Emiliano Zapata, Morelos, México

